

ALERTA DE CONTROL DE MERCADO DE PRODUCTOS SANITARIOS PRODUCTO FALSIFICADO

Nº DE ALERTA: 2025-355	REFERENCIA PS/VCG/NZ/7588
PRODUCTO: Implante de relleno, Juvederm Ultra 4	
LOTE: 1000565497	
FABRICANTE: Allergan, Route de Promery - Zone Artisanale de Pré-Mairy (Francia)	
REPRESENTANTE AUTORIZADO: N/A	
ASUNTO: Detección en el mercado nacional un producto falsificado.	
INFORMACIÓN ADICIONAL: Datos del producto falsificado: <ul style="list-style-type: none">• Producto: Implante de relleno Juvederm Ultra 4• Fabricante: Allergan• Fecha de fabricación: febrero de 2025• Fecha de caducidad: enero de 2027 <p>El producto original se diferencia del producto falsificado, en que en su etiquetado indica como fecha de fabricación: enero de 2023 y como fecha de caducidad diciembre 2024.</p>	
DOCUMENTOS ADJUNTOS: <ul style="list-style-type: none">• Nota informativa de la AEMPS, referencia PS, 33/2025	



La AEMPS informa de la detección del producto falsificado Juvederm Ultra 4 en el mercado español

NOTA DE SEGURIDAD

Fecha de publicación: 11 de julio de 2025

Categoría: productos sanitarios, productos falsificados

Referencia: PS, 33/2025

- Se han detectado unidades falsificadas del implante de relleno Juvederm Ultra 4
- Los productos falsificados se pueden identificar por la fecha de fabricación y caducidad
- La Agencia establece una serie de recomendaciones dirigidas a distribuidores y profesionales sanitarios

La Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios (AEMPS) ha tenido conocimiento, a través del distribuidor en España Abbvie Spain S.L.U, de la presencia en el mercado nacional de unidades del implante de relleno falsificado Juvederm Ultra 4. La investigación realizada ha confirmado que este implante que se adquirió a través de la página web <https://www.instagram.com/botoxfillergenuine/>, es un producto falsificado.

En este producto falsificado el número de lote es el 1000565497 y figura como fecha de fabricación, febrero de 2025, y como fecha de caducidad, enero de 2027.

El implante de relleno original, Juvederm Ultra 4 fabricado por Allergan (Francia), se encuentra comercializado en el mercado español por la empresa Abbvie Spain S.L.U. El producto original tiene el mismo número de lote (1000565497), pero en su etiquetado figura como fecha de fabricación, enero de 2023, y como fecha de caducidad, diciembre de 2024.

Los productos falsificados se pueden identificar, por tanto, por la fecha de fabricación y caducidad.

Foto del producto original



Foto del producto falsificado



Original

Falsificado

Producto

Juvederm ULTRA 4

Juvederm ULTRA 4

	Original	Falsificado
Codigo	96667JR	96667JR
Lote	1000565497	1000565497
Fecha de fabricación	01.2023	02.2025
Fecha de caducidad	12.2024	01.2027



Información para profesionales sanitarios

- Verifique si dispone de unidades del implante de relleno Juvederm Ultra 4 con número de lote 1000565497, fecha de fabricación: febrero de 2025 y fecha de caducidad: enero de 2027 y, en su caso, retírelas y no las utilice.
- En caso de disponer de unidades del producto mencionado anteriormente, deberá informar mediante correo electrónico a la dirección pscontrol@aemps.es, incluyendo los datos de la empresa que le ha suministrado el producto.
- Si tiene conocimiento de algún incidente relacionado con el uso de estos productos, notifíquelo a través del portal NotificaPS.



Información para distribuidores

- Verifique si dispone de unidades del implante de relleno Juvederm Ultra 4 con número de lote 1000565497, fecha de fabricación: febrero de 2025 y fecha de caducidad: enero de 2027 y, en su caso, retírelas y no las distribuya.
- En caso de disponer de unidades del producto mencionado anteriormente, deberá informar mediante correo electrónico a la dirección pscontrol@aemps.es incluyendo los datos de la empresa que le ha suministrado el producto.



Si tiene conocimiento de algún incidente relacionado con el uso de un producto sanitario, notifíquelo a través del portal [NotificaPS](#). Su colaboración notificando es esencial para tener un mayor conocimiento de estos productos y velar por su seguridad.