

ALERTA DE CONTROL DE MERCADO DE PRODUCTOS SANITARIOS PRODUCTO FALSIFICADO

Nº DE ALERTA: 2026-136	REFERENCIA PS/VCG/CCF/7828
PRODUCTO Cánula nasal de PVC con conexión Luer-Lock para adultos	
FABRICANTE Yuyao Hairui Medical Device Co., Ltd, China	
REPRESENTANTE AUTORIZADO MedPath GmbH, Alemania	
ASUNTO Detección en el mercado europeo de un lote falsificado de cánulas nasales de PVC con conexión Luer-Lock para adultos	
INFORMACIÓN ADICIONAL Datos del producto falsificado: <ul style="list-style-type: none">• Producto: cánula nasal con conexión luer-lock de adultos. Sistema de tubos especiales con cánula nasal para administrar oxígeno concentrado, de la nariz a los pulmones.<ul style="list-style-type: none">○ Nº lote: 24/502898○ Referencia:1.4.3.3.5 <p>El producto falsificado ha sido detectado por el importador Alemán Wolfram Droh GmbH el cual ha iniciado la retirada del producto entre los clientes de Alemania.</p> <p>En España, este producto no consta comunicado en el Registro de Comercialización de Productos sanitarios de la AEMPS. No obstante, no se descarta que pueda haberse comercializado en España.</p>	
DOCUMENTOS ADJUNTOS <ul style="list-style-type: none">• Nota informativa de la AEMPS, referencia PS, 14/2026	



La AEMPS informa de la detección de un lote falsificado de cánulas nasales con conexión *luer-lock* para adultos

Fecha de publicación: 26 de marzo de 2026

Categoría: productos sanitarios, productos falsificados

Referencia: PS, 14/2026

- Se ha detectado un lote falsificado de cánulas nasales para adultos en el mercado alemán
- La Agencia establece una serie de recomendaciones dirigidas a distribuidores y profesionales sanitarios

La Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios (AEMPS) ha tenido conocimiento, a través de la autoridad competente de Alemania, de la detección, por parte del importador, de un lote falsificado de cánulas nasales con conexión *luer-lock* para adultos en el mercado alemán.

El producto falsificado consiste en un sistema de tubo con cánula nasal destinado a la administración de oxígeno concentrado desde la nariz hasta los pulmones, fabricado por Yuyao Hairui Medical Device Co., Ltd, China. El número del lote afectado es 24/502898 y su referencia 1.4.3.3.5.

Este producto no consta como comunicado en el registro de comercialización de productos sanitarios de la AEMPS.

Hasta la fecha, no se ha recibido información que indique la presencia de este lote falsificado en el mercado español. No obstante, no se puede descartar su posible introducción en él a través de canales de venta no reglamentarios.

Producto afectado

Cánula nasal de PVC con conexión *luer-lock* para adultos con número de lote 24/502898 y referencia 1.4.3.3.5.



Imagen de la cánula original



Etiquetado del producto falsificado



Información para profesionales sanitarios

- Verifique si dispone de unidades del producto afectado con número de lote 24/502898 y referencia 1.4.3.3.5.
- En caso de disponer de unidades del producto con el número de lote y referencia afectados, no las utilice e informe mediante correo electrónico a pscontrol@aemps.es indicando los datos de la empresa que le suministró el producto.
- Si tiene conocimiento de algún incidente relacionado con el uso de estos productos, notifíquelo a través del portal NotificaPS.



Información para distribuidores

- Verifique si dispone de unidades del producto afectado con número de lote 24/502898 y referencia 1.4.3.3.5.
- En caso afirmativo, no distribuya el producto, retírelo de la cadena de suministro e informe mediante correo electrónico a pscontrol@aemps.es, indicando los datos de la empresa que le suministró el producto.

Datos de la empresa importadora

Wolfram Droh GmbH

Dammweg, 11

55130 Mainz

Alemania



Si tiene conocimiento de algún incidente relacionado con el uso de un producto sanitario, notifíquelo a través del portal [NotificaPS](#). Su colaboración notificando es esencial para tener un mayor conocimiento de estos productos y velar por su seguridad.