



ALERTA DE CONTROL DE MERCADO DE PRODUCTOS SANITARIOS

Nº DE ALERTA: 2026-252	REFERENCIA PS/VCG/EM/8026
PRODUCTO Dispositivo antiatragantamientos DAEM	
FABRICANTE No figura	
EMPRESA DISTRIBUIDORA EN ESPAÑA Kiara Grau. Pantano de la Serena 2, Badajoz	
ASUNTO Cese de comercialización y retirada del mercado del dispositivo antiatragantamiento DAEM	
INFORMACIÓN ADICIONAL <p>Este Departamento de Productos Sanitarios ha requerido el cese de la comercialización y la retirada del mercado del producto DAEM destinado a ser utilizado en situaciones de emergencia para evitar la muerte por asfixia debido a la obstrucción de las vías aéreas por alimentos a través de la succión.</p> <p>Aunque el producto dispone de marcado CE en su etiquetado, no se ha podido demostrar que haya sido sometido a la evaluación de la conformidad correspondiente ya que no se ha proporcionado la documentación que demuestra el cumplimiento del producto con la legislación vigente.</p> <p>Asimismo, el etiquetado y las instrucciones de uso no son conformes por no llevar la información mínima requerida, como son los datos de la empresa fabricante del producto.</p> <p>Por todo lo anterior, se trata de un producto no conforme y no se puede garantizar su seguridad, eficacia y calidad, por lo que su uso podría suponer un riesgo para la salud.</p>	
DOCUMENTOS ADJUNTOS Nota informativa de la AEMPS, referencia PS, 25/2026	

